Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

250418

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.310314
от _____ 20___г.
на 2-х листах, лист 1

Дополнение № 1 к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Промэкоприбор»
(ООО «Промэкоприбор»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

194100, г.Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н,
№№ комн.: 516, 521, 524-528, 755

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений
ГПА

шифр поверительного клейма

п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня и объема веществ				
1	Средства измерений объема и объемного расхода газа. Пробоотборники, аспираторы, пробоотборные устройства	(0,1...6·10^5) дм^3 (0,01...27) м^3/ч	ПГ ± (4...10) % ПГ ± (3...20) %	
2	Средства измерений скорости воздушного потока, анемометры	(0,1...60) м/с	ПГ ± (0,05...3) м/с	
3	Приемники полного и статического давления	(1...60) м/с	ПГ ± (0,09...3) м/с	
Измерения давления, вакуумные измерения				
4	Манометры дифференциальные цифровые, напоромеры, тягонапоромеры, преобразователи давления и разности давлений	± (0...2500) Па ± (0...10) кПа ± (0...63) кПа	ПГ ± (1,5...50) Па ПГ ± (6...50) Па ПГ ± (0,075...4) % ВПИ	

Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
5	Газоанализаторы, сигнализаторы, анализаторы-течеискатели, газоаналитические преобразователи, газоаналитические измерительные системы (ИС) и газоаналитические каналы ИС, газоаналитические комплексы, посты и станции для контроля атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, промышленных выбросов и технологических сред (органические и неорганические вещества, горючие газы и пары горючих жидкостей, в том числе: O_2, CO, CO_2, NO, NO_2, NO_x, SO_2, H_2S, NH_3, Cl_2, HCl, CH_4, C_3H_8, C_4H_{10}, C_5H_{12}, C_6H_{14}, *i*-CH_4, ΣC_xH_y и др.)	(0...2500) мг/м^3 (0...3500) млн$^{-1}$ (0...30) % об.д.	ПГ ± (5...25) % ПГ ± (5...25) % ПГ ± (0,1...0,7) % об.д.	
		(0...10000) мг/м^3 (0...15000) млн$^{-1}$ (0...100) % об.д. (0...30) % об.д (0...50) % НКПР (50...100) % НКПР (0...3000) мг/м^3	ПГ ± (0,1...20) мг/м^3 ПГ ± (5...25) % ПГ ± (3...25) % ПГ ± (0,1...0,7) % об.д. ПГ ± (2,5…5) % НКПР ПГ ± (5...10) % ПГ ± (0,2...150) мг/м^3	
		(0...3000) мг/м^3 (3,0...100) г/м^3 (0...4000) млн$^{-1}$ (0,4...100) % об.д. (0...30) % об.д	ПГ ± (0,2...150) мг/м^3 ПГ ± (5...25) % ПГ ± (1...400) млн$^{-1}$ ПГ ± (3...25) % ПГ ± (0,1...0,7) % об.д	
		(0...3000) мг/м^3 (3,0...100) г/м^3 (0...4000) млн$^{-1}$ (0,4...100) % об.д.	ПГ ± (0,2...150) мг/м^3 ПГ ± (5...25) % ПГ ± (1...400) млн$^{-1}$ ПГ ± (3...25) %	
		(минус 40…0) °С (0...500) °С (500…1100) °С	ПГ ± (0,1…2,5) °С ПГ ± (0,16…25,0) °С ПГ ± (3…55) °С	
		± (0...2500) Па ± (0...10) кПа ± (0...63) кПа	ПГ ± (1,5...50) Па ПГ ± (6...50) Па ПГ ± (0,075...4) % ВПИ	
		(0,2...60) м/с	ПГ ± (4...50) %	

Генеральный директор — Должность уполномоченного лица

Подпись уполномоченного лица

А.Ю. Мурашкин — Инициалы, фамилия уполномоченного лица

м.п. (в случае, если имеется)