

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКОПРИБОР" (ООО "ПРОМЭКОПРИБОР")  
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц POCC RU.0001.310314

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГПА/13-05-2021/63140754

Действительно до 12.05.2022

Средство измерений	<u>Газоанализаторы многокомпонентные: Полар: Полар Т; Рег. № 43924-11</u> наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской номер	<u>0517-16</u> заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе	<u>зонд-термопреобразователь, зав. № 029; трубка напорная модификации Пито, зав. № 6231</u>
поверено	<u>в полном объеме</u> наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	<u>ПЛК.413411.001 МП «Газоанализаторы многокомпонентные «Полар». Методика поверки»</u> наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов:	<u>ГСО 10563-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ю-0) 2021; ГСО 10563-2015 СО СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ В АЗОТЕ (N2-Ю-0) 2020, 39151-12 Калибраторы давления</u> регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам <u>портативные Метран-517 902 2017 Эталон 1-го разряда Приказ Росстандарта от 29.06.2018 г. № 1339; 70034-17 Установки аэродинамические измерительные ЭМС 0.05/60-240 019 2018 Эталон 1-го разряда Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока; 26113-03 Калибраторы температуры эталонные КТ-1100 21-1103 2011 Эталон 3-го разряда ГОСТ 8.558-2009; 26111-08 Калибраторы температуры эталонные КТ-110 21-2403 2019 Эталон 3-го разряда ГОСТ 8.558-2009</u>
при следующих значениях влияющих факторов:	<u>температура: 21,5 °С; атм. давление: 101,2кПа; отн. влажность: 52 %</u> перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
и на основании результатов	периодической поверки признано <b>пригодным</b> к применению.
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u><a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-63140754">https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-63140754</a></u>
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	<u>63140754</u>
Поверитель	<u>Переверзев Э.В.</u> фамилия, инициалы
Знак поверки:	
Главный метролог	<u></u> подпись
должность руководителя или другого уполномоченного лица	<u>Матвеева А.В.</u> фамилия, инициалы
Дата поверки	<u>13.05.2021</u>